

Päiväys 21.10.2021
Versio 2
Laatija Maarit Mäki-Rautila
Hyväksyjä Stefan Anderson

AKUUTIN HEMODIALYYSIKATETRIN HOITO-OHJE

Hemodialyysia varten sinulle on asetettu kaulalle akuutti hemodialyysikatetri. Katetrin oikea hoito ehkäisee tulehduksia, pidentää katetrin käyttöikää ja edesauttaa dialyysin onnistumista.

Katetri pysyy paikoillaan ompeleiden avulla. Katetrin juurelle laitetaan ns. ankkuriteippi estämään katetrin liikkumista ja Biopatch + Tegaderm / Tegaderm CHG (antibioottilappu) ehkäisemään tulehduksia ja suojaamaan katetrin juurta. Hoidon päätteeksi katetri paketoidaan ja laitetaan vedenpitävät kalvot suojaksi. Sinun ei tarvitse avata pakettia kotona.

Jos katetrin juuri kastuu, kuivaa se puhtailla taitoksilla kevyesti painelemalla. Kastuneet taitokset ja ankkuriteippi tulee vaihtaa kuiviin.

Saunassa ja uimassa käyminen on kielletty akuutin hemodialyysikatetrin kanssa.

Raskaiden taakkojen kantaminen tai raskaiden töiden tekeminen on kiellettyä. Varo katetrin juuren venymistä ja tarttumista esim. vaatteisiin.

Katetrin juurelle tulee helposti rupea, jota ei saa poistaa. Jos havaitset katetrin juuressa tulehduksen merkkejä (punoitus, turvotus, kuumotus ja kipu), eritystä, sinulle nousee kuume tai runsasta veren vuotoa katetrin juurelta, ota yhteyttä **dialyysiin** tai **ensiapuun**.

Keski-Pohjanmaan keskussairaala

Dialyysi Ma ja Pe klo.7.00 – 19.00
Ti – To ja La 7.00 – 15.00

Ensiapu Puh. 06- 82 64 500

Päiväys 21.10.2021
Versio 2
Laatija Maarit Mäki-Rautila
Hyväksyminen Stefan Anderson
yhtymä

Puh. 06-82 64 590