

Päiväys 18.10.2021
Versio 2
Laatija Katja Heikkiniemi
Hyväksyjä Stefan Anderson

PD-HOIDON ERI MUODOT:

Peritoneaaldialyysi voidaan suorittaa kahdella tavalla: Joko manuaalisesti eli käsivaihdoilla (CAPD) tai automaattisesti (APD) eli koneen välityksellä. Jos potilas on itse kykenemätön tekemään vaihtoja, voidaan tarpeen mukaan kouluttaa avustajia tekemään vaihdot potilaan kanssa yhteistyössä tai potilaan puolesta.

CAPD: -Dialyysipussi vaihdetaan käsin 4-5 kertaa/vuorokausi, yleensä aamuisin, keskipäivällä, iltapäivällä ja illalla ja on kerrallaan noin neljä tuntia mahassa (yöpussi n. 8 tuntia). Potilaalla on siis koko ajan nestettä mahassa.

-Ennen pussinvaihtoa valittu dialyysineste tulee lämmittää erillisellä lämpölevyllä. Jos neste on liian kylmää (alle kehonlämpötilan), tulee potilaalle kylmä/horkkamainen olo.

-Poikkeuksellisesti voi joskus valuttaa sisään hitaasti lämmittämätöntä nestettä, vaikka automatkalla, mutta tämä ei ole suositeltavaa tehdä säännöllisesti.

Päiväys 18.10.2021
Versio 2
Laatija Katja Heikkiniemi
Hyväksyjä Stefan Anderson



APD: -Dialyysi tapahtuu erilliseen APD-laitteen välityksellä yöaikaan. Potilas on yhdistettynä APD-laitteeseen 8-10 tuntia yössä, jonka aikana dialyysiliuos vaihdetaan automaattisesti useita kertoja koneen välityksellä.

-APD-hoidossa on erilaisia hoito-ohjelmia, jotka riippuvat terveydentilasta, vatsakalvon riittävyystestin tuloksesta ja potilaan elämäntyylistä.

Päiväys 18.10.2021
Versio 2
Laatija Katja Heikkiniemi
Hyväksyjä Stefan Anderson

