

INFORMATION OM NATURGUMMIALLERGI

Genom hudtest har det konstaterats omedelbar allergi för naturgummits äggviteämne. Naturgummi S-LatexE är _____ kU/ l, och total IgE _____ kU/ l.

Patienten bör skyddas från all beröring av naturgummi på hud och slemhinnor för att undvika allergiska reaktioner (i värsta fall anafylaktisk reaktion).

Vid undersökning eller operation av patienten skall det alltid användas vinylskyddshanskar eller vid sterilt ingrepp naturgummifria skyddshanskar (ex. Sempermed Syntegra IR gummifria, puderfria operationsskyddshanskar)

Många medicinska, sjukvårdsundersöknings- och vårdsinstrument innehåller naturgummi. Dessa är bla. olika katetrar, röntgenundersökningbollar, tryckmätningbollar (ex. vid tryckmätning av matstrupen), skyddsplatta (Cofferdam), gummibladborrar som tandläkare använder, blodtrycksmätarens gummidelar, stetoskopets gummidelar, intubationsrör och masker som används vid sövning av patient.

Alla gummiföremål innehåller också naturgummi. I hushållarbete och på jobbet bör användas vinyl- eller PVC- plast eller konstgjordgummihanskar. Naturgummi finns också i nappar, nappflaskor (förutom i silikonnappar), gummiband, ballonger och i gummi leksaker. Gumminallergikens tryggaste kondom är Durex Avanti, som är av polyuretan.

I patientepikrisen skall framkomma **“Det har konstaterats att patienten har naturgummiallergi. Får ej behandlas med gummihandskar eller gummiartiklar.”**

____ / ____ 20 ____

Testen utfördes av _____